

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

SAYI: 2024/1519
KONU: Teklif Mektubu
HASTA ADI:

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (f) bendi esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail :sanliurfaeah.salma@saglik.gov.tr

Telefon :0(414) 317 26 36 / 26 38/ 25 42

İbrahim Halil İNAKÇI
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	SUT Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	ÖN ÇAPRAZ BAĞ (ACL) REKONSTRÜKSİYONU MALZEME SETİ	1	ADET		AE0920		
2	MENİSKÜS ONARIM MALZEME SETİ	1	ADET		AE0900		
GENEL TOPLAM							

Teklif Veren Firmanın			
Adı	:	Firma Yetkilisi	:
Adresi	:		:
Telefon	:	Kaşe ve İmza	:
Fax	:		:
E-Mail	:		:

*** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

***Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; temin konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Hastane Adresi: Asya Mahallesi Akçakale Caddesi No: 257 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Topçumeydanı Vergi Dairesi :7990752915

MENİSKÜS ONARIM MALZEME SETİ SUT KODU (AE0900)

Menisküs Tamir Sistemi Teknik Özellikleri (Sut Kodu:AE2200)

- Malzeme artroskopik kullanıma uygun olmalıdır.
- Çift iğneden oluşmalı, ortasında USP 2.0 güçlendirilmiş (UHMWPE) sütürlü olmalıdır.
- Kullanıma uygun düz ve açılı guide sistemi hazır olmalıdır.
- Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- Steril süresi 3 yıl olmalıdır.

Menisküs Tamir Sistemi Teknik Özellikleri(Sut Kodu:AE2080)

- Sistem çift barlı olmalıdır.
- Düğüm sütün üzerinde hazır olmalıdır.
- Uç kısmı eğri (curved) yapıda olmalıdır.
- Uç kısmında menisküse arka duvarına girmeyi sağlayan 20mm cetveli olmalıdır.
- İmplantları itici tetiğe sahip olmalıdır.
- Steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 3 yıl sterill ömrü olmalıdır.

Ö.Ç.B TAMİR ONARIM MALZEME SETİ SUT KODU (AE0920)

Asansörlü Askı Sistemi (Sut Kodu:AE1070)

- Düğme implantın hammaddesi titanyum olmalı ve üzerinde iki adet sütün deliği olmalıdır.
- İmplantın loop askı süturu hammaddesi özel güçlendirilmiş UHMWPE olmalıdır.
- Sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme süturu hazır olarak bulunmalıdır.
- Kullanıma hazır steril pakette olmalıdır.
- Femoral tünel tendon tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.
- İmplantın altında greftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş loop şeklinde askısı olmalıdır.
- Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan kilitleme sistemi sayesinde loop kısmı daraltarak tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımaktadır.

Peek İnterference Screw Teknik Özellikleri (Sut Kodu:AE1660)

- Ortası canüllü olmalı, delik çapı 1,5 mm olmalıdır.
- Üretim maddesi PEEK yapıda olmalıdır.
- Uca doğru daralan konik şeklinde olmalıdır.
- Dış çaplar 6,7,8,9,10 ve11mm aralığında ve boyları 20-30mm arasında en az 4 boy olmalıdır.
- Yivler aralığı2 mm olmalıdır.
- Tümü yivli olmalıdır.ve canüllü olmalıdır.
- Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

Ligament Staple Teknik Özellikleri (Sut Kodu:AE1030)

- Yumuşak doku veya ligament fiksasyonunda kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- U şeklinde ve iç orta kısmında kaymayı engellemesi için 4 adet dişi bulunmalıdır.
- Ayak uzunluğu 20mm olmalıdır.
- Üretim maddesi titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- Tutunma yüzeyini artıracak ayaklar üzerinde ters çıkıntıları olmalıdır.
- İç genişliği 6mm ile12mm arası 7 boy olmalıdır.
- Her kullanımda çakma seti ile birlikte getirilmelidir.

Op.Dr. Rıdvan ACAR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 197548

Op.Dr. Mustafa AYDIN
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 171710

Op.Dr. Mehmet Melih ASLİ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tesc. No: 195918