

T.C.  
ŞANLIURFA VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

SAYI: 2024/1513  
KONU: Teklif Mektubu  
HASTA ADI:

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (f) bendi esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail :sanliurfaeah.salma@saglik.gov.tr

İbrahim Halil İNAKÇI  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Telefon :0(414) 317 26 36 / 26 38/ 25 42

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	SUT Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, SİRKÜLER (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL)	1	ADET		TV3114		
<b>GENEL TOPLAM</b>							

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

\*\*\* UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.  
\*\*\*Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.  
\*\*\*Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; temin konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Hastane Adresi: Asya Mahallesi Akçakale Caddesi No: 257 Eyyübiye/ŞANLIURFA  
Topçumeydanı Vergi Dairesi :7990752915

ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ SİRKÜLER SUT KODU:TV3114

- 1) Schanz vidaları, K.Telleri ve cerrahi çelik tüm malzemeler ISO 5832 / 1 D ,ASTM F138, Standartlarından herhangi birine uygun malzemedem imal edilmiş olmalı ve cerrahi kullanıma uygunluğunu ispat etmek için karşılaştırmalı analiz sertifikaları ibraz edilmelidir.
- 2) CE Belgesinde "İlizarov sistemi" ibaresi ve Karbon halka ibaresi açıkça yazılı olmalıdır. Ayrıca TURKAK 'tan alınması zorunlu olan akreditasyon belgesinde de Karbon halka ve ilizarov sistemi ibaresi açıkça yazılı olmalıdır.
- 3) Yabancı dilde düzenlenmiş olan tüm belgelerin noter tastikli tercümeleri ve ilgili ülke konsolosluğundan alınmış APOSTILLE onayı olmalıdır.
- 4) Aşağıdaki parçaların biomekanik testleri olmalıdır.
  - a) Karbon çember (Basmaya karşı deformasyon testi kg)
  - b) Zeytinli Kirschner teli (Zeytini yerinden kaydırma kg)
  - c) Tel gerdirici kalibrasyonu
- 5) Setin tüm implant ve çakma takımları sterilizasyon tepsilerine tek tek yerleştirilmiş olmalı CE belgesi implantları kapsadığı gibi el aletlerini de kapsadığı belge üzerinde yazılı olmalıdır.
- 6) Vaka durumuna göre gerekli görüldüğünde tek planlı external fixatörle ve çok planlı monolateral fiksatörlerle hybrid kullanım için bağlantı adaptörleri bulunmalı, circular fixatörle tek planlı fixatör Problemsiz çalışmalıdır.
- 7) Setinin tamamı karbon yarım halkalar, carbon footringler,5/8 karbon halkalar,karbon femural arklardan oluşmalı,sistemin pediatrik seçeneği de karbondan olmalıdır.Ayrıca set içerisinde telescopic rodlar,düz ve kanallı rodlar,bağlantı cıvata ve somunları, fiberli somunlar,düz plaklar, burgu plaklar , ucu yivli plaklar, süngü ,üçgen uçlu düz cerrahi teller, zeytinli cerrahi teller, Ø4 ,Ø5,Ø 6 mm çapında schanz vidaları, gerekli durumlarda kullanılmak üzere bonit kaplı schanz vidası seçeneği , bağlantı küpleri, açılı bağlantılar, düz, 90 derece açılı , çoklu açılı,burgulu menteşler ,hybrid adaptörler olmalıdır ve teklifler her bir kalem için tek tek birim fiyatlar verilmelidir. Malzeme seçimi birim fiyat toplamı üzerinden yapılacaktır. Sistem fiyatı kabul edilmeyecektir. Herhangi bir kaleme teklif vermeyenler ihale dışı kalacaktır. Muayene komisyonu seti ve içeriğini kontrol edecek olup istenilen ürünlerin ihale sırasında bulunmaması durumunda firma ihale dışı bırakılacaktır. Hasta ve kurum yararı gözetilmek amacıyla : ihalede numunesi onay alan firma , uygunluk almış olan numuneden eksik veya farklı set getirmesi durumunda eksiklik tutanakla tespit edilecek ve ameliyat istemi uygunluk alan diğer firmadan karşılanacak olup aradaki fark numuneye ve sözleşmeye uygun hareket etmeyen firmadan karşılanacaktır.Aynı durumun 3 kez tekrar etmesi durumunda firmanın sözleşmesi iptal edilecek,ilgili yasal hükümler uygulanacaktır.
- 8) Setin içinde enaz üç farklı tipte tipte, tel germe yükünü gösteren, skalalı gerdirici, ostetom seti, rod makası,şarjlı ve steril olabilen cerrahi delici motor, gigli testeresi, pediatric ve el cerrahisi için mini karbon sistem , kompresyonlu schanz vidası ,bonit kaplı schanz vidası seçenekleri olmalıdır.
- 9) Set içerisinde gerekli durumlarda kullanılmak üzere kalın, carbonfiber 5/8 yarım halkalar olmalıdır.
- 10) Setler ile birlikte katalog, Türkçe hasta el kitabı da verilmelidir.
- 11) Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda üretici veya ithalatçı firma hasta hakları gereği hastanın zararını tazmin edeceğini garantileyen belgeler sunmalıdır.
- 12) Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasına ve Sağlık Bakanlığı TCKS kayıtlı olmalıdır.

Op.Dr. Ali YAVUZ  
Sırt ve Ekstremiteler Hastalıkları  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 143511

Op.Dr. Burhan ACAR  
Sırt ve Ekstremiteler Hastalıkları  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 197348

Op.Dr. Mehmet DEMİR  
Sırt ve Ekstremiteler Hastalıkları  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 143511