

T.C.
ŞANLIURFA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği

SAYI:2024/1511
KONU: Teklif Mektubu
HASTA ADI:

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesinin (f) bendi esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. **KDV Hariç** toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine gönderilmesini rica ederim.

E-mail :sanliurfaeah.salma@saglik.gov.tr

Telefon :0(414) 317 26 36 / 26 38/ 25 42

İbrahim Halil İNAKÇI
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.No	Adı	Miktarı	Birimi	UBB Kodu	SUT Kodu	Birim Fiyatı	Toplam
1	MENİSKÜS ONARIM MALZEME SETİ	1	ADET		AE0900		
GENEL TOPLAM							

Teklif Veren Firmanın	
Adı	: Firma Yetkilisi
Adresi	:
Telefon	: Kaşe ve İmza
Fax	:
E-Mail	:

*** UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca yapılmayacaktır.

***Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; temin konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Hastane Adresi: Asya Mahallesi Akçakale Caddesi No: 257 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Topçumeydanı Vergi Dairesi :7990752915

MENİSKÜS ONARIM MALZEME SETİ SUT KODU (AE0900)

Menisküs Tamir Sistemi Teknik Özellikleri (Sut Kodu:AE2200)

- Malzeme artroskopik kullanıma uygun olmalıdır.
- Çift iğneden oluşmalı, ortasında USP 2.0 güçlendirilmiş (UHMWPE) sütürlü olmalıdır.
- Kullanıma uygun düz ve açılı guide sistemi hazır olmalıdır.
- Tekli steril paketlerde olmalıdır.
- Steril süresi 3 yıl olmalıdır.

Menisküs Tamir Sistemi Teknik Özellikleri(Sut Kodu:AE2080)

- Sistem çift barlı olmalıdır.
- Düğüm sütün üzerinde hazır olmalıdır.
- Uç kısmı eğri (curved) yapıda olmalıdır.
- Uç kısmında menisküse arka duvarına girmeyi sağlayan 20mm cetveli olmalıdır.
- İmplantları itici tetiğe sahip olmalıdır.
- Steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 3 yıl sterill ömrü olmalıdır.

ŞANLIURFA ŞEHİR VE ANAHTIRMA HASTANESİ
Op.Dr. Ali YAVUZ
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes. No: 005237

Op.Dr. Mehmet DEMİR
Ş.Ürfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tesc.No:185063

Op.Dr. Ali YAVUZ
Şanliurfa Şehir ve Anahtirma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.Tes. No: 119790